



SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2018, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SALA DE JUNTAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD UBICADA EN EL CAMPUS RAFAEL BUELNA, BLVD. MIGUEL TAMAYO ESPINOZA DE LOS MONTEROS NÚMERO 2358, DESARROLLO URBANO 3 RÍOS, C.P. 80020, CULIACÁN, SINALOA, SE LLEVÓ A CABO LA REUNIÓN PROGRAMADA PARA LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LAS BASES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA 925059988-E6-2018 "EQUIPO E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO".

SE REUNIERON POR PARTE DE LOS LICITANTES LOS CC. MARCO ANTONIO ORTIZ CERVANTES. REPRESENTANTE DE CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.; Y JOEL MARTÍNEZ REGALADO., REPRESENTANTE DE DISEÑO TECNOLOGIO EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.

INTERVIENEN EN ESTE ACTO LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES: EL M.C. MANUEL DE JESÚS LARA SALAZAR, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS; C. JESÚS MANUEL ELIZALDE VALLES, REPRESENTANTE DEL DR. ISMAEL GARCÍA CASTRO, DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO; C. NORMA ALICIA AGUILAR NAVARRO, DIRECTORA DE CONTROL DE BIENES E INVENTARIOS; EL ARQ. JORGE PÉREZ RUBIO, DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO; Y COMO ASESORES LOS CC. M.C. SALVADOR PÉREZ MARTÍNEZ, CONTRALOR GENERAL; DR. LAZARO GAMBINO ESPINOSA, DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS; Y LA DRA. MARTHA HERMELINDA PEÑA CEBALLOS, SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

IGUALMENTE PARA DAR FE Y LEGALIDAD AL EVENTO, SE ENCUENTRA PRESENTE EL NOTARIO PÚBLICO NÚM. 162, LIC. ISMAEL ARENAS ESPINOZA.

HACE USO DE LA VOZ EL M.C. MANUEL DE JESÚS LARA SALAZAR, QUIEN INFORMA A LOS PRESENTES QUE A LA FECHA Y HORA LÍMITES ESTABLECIDOS EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL NUMERAL 4.2 DE LA CONVOCATORIA, PARA LA RECEPCIÓN DE DUDAS CON RELACIÓN A LAS BASES DEL CITADO DOCUMENTO, ENVIARON PREGUNTAS LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

MÁQUINAS DE DIBUJO, S.A. DE C.V.

PREGUNTA # 1

NUMERO DE PARTIDA	NUMERO DE PAGINA	NUMERAL DE CONTENIDO	PARRAFO
ANEXO "A" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS	4	AL FINAL DEL ANEXO "A"	DICE: AL INDICARSE MARCA DE ALGUNOS BIENES, "LA UNIVERSIDAD" BUSCA ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS



BIENES.			MISMOS, QUE LOS LICITANTES PARTICIPEN EN IGUALDAD DE CONDICIONES Y QUE ÉSTOS SERÁN COMPATIBLES CON LOS QUE SE TIENEN EN EXISTENCIA, LO ANTERIOR SE ENCUENTRA PREVISTO EN EL INCISO VI DEL ARTÍCULO 40 DEL "REGLAMENTO".
DUDA OBSERVACION:	U	DEBEMOS ENTENDER QUE SÓLO SE PODRÁ OFERTAR BIENES DE ESA MARCA Y MODELO. PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿PODEMOS OFERTAR BIENES DE OTRA MARCA Y MODELO CON CARACTERÍSTICAS IGUALES O SUPERIORES A LO SOLICITADO? FAVOR DE ACLARAR.	
RESPUESTA:		SE PUEDEN OFERTAR BIENES DE OTRA MARCA Y MODELO CON CARACTERÍSTICAS IGUALES O SUPERIORES A LO SOLICITADO , SIEMPRE QUE EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES SE ACOMPAÑEN LAS FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES TANTO REQUERIDOS POR "LA UNIVERSIDAD" EN EL ANEXO "A", COMO LOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE	

PREGUNTA # 2

NUMERO DE PARTIDA	NUMERO DE PAGINA	NUMERAL DE CONTENIDO	PARRAFO
PARTIDAS 38 Y 39	2	ANEXO "A" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES.	MICROSCOPIOS ESTEROSCÓPICOS: MICROSCOPIO AMSCOPE B100B MS 40X-2000X MAGNIFICACIÓN CON LUZ.
DUDA OBSERVACION:	U	EN ÉSTAS 2 PARTIDAS, ESTÁN SOLICITANDO MICROSCOPIOS ESTEREOSCÓPICOS, PERO AL MODELO QUE HACEN REFERENCIA, NO LO ES. FAVOR DE ACLARAR.	
RESPUESTA:		EL MODELO EXISTE EN MICROSCOPIO	

INSTRUMEL, S.A. DE C.V.

PREGUNTA No. 1

NUMERO DE PARTIDA	DE	NUMERO DE PAGINA	NUMERAL DE CONTENIDO	PARRAFO
SUBPARTIDA 1		1	ANEXO "A"	1
DUDA OBSERVACION:	U	SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PUEDAN DAR MAS INFORMACION DE LA SUBPARTIDA No. 1 Túnel de Viento VBG-45 Descripción: Túnel de viento de circuito abierto de tipo succión		
RESPUESTA:		TÚNEL DE VIENTO DE CIRCUITO ABIERTO DE TIPO SUCCIÓN, CON SECCIÓN DE PRUEBA DE 0.45M X 0.45M X 1.0M, LARGO TOTAL 4 M, VELOCIDAD MÁXIMA NOMINAL 30 M/S*. ALIMENTACIÓN 220 V C.A. INCLUYE LÁMPARA DE LUZ BLANCA		



(FLUORESCENTE) Y LÁMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA

PREGUNTA No. 2

DUDA U OBSERVACION GENÉRICA: (Cualquier pregunta sin relación a determinado inciso)	
DUDA OBSERVACION:	U SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SE ACEPTEN ENVIAR LAS PROPUESTAS POR VIA MENSAJERIA.
RESPUESTA:	SE RATIFICA NUESTRO REQUERIMIENTO CONTENIDO EN EL PENÚLTIMO PARRAFO DEL NUMERAL 1 DE LA CONVOCATORIA, EL CUAL SE TRANSCRIBE: CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 26 BIS FRACCIÓN I DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, LA PRESENTE LICITACIÓN ES PRESENCIAL , POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR SUS PROPOSICIONES EN FORMA DOCUMENTAL Y POR ESCRITO, ADEMÁS DE LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL, EN SOBRE CERRADO.

PREGUNTA No. 3

DUDA U OBSERVACION GENÉRICA: (Cualquier pregunta sin relación a determinado inciso)	
DUDA OBSERVACION:	U EN EL PUNTO 2.- DESCRIPCION GENERICA Y FORMA DE OFERTAR LOS BIENES. ESTAN SOLICITANDO LO SIGUIENTE: LA PRESENTE LICITACION TIENE COMO PROPOSITO, LA ADQUISICION DE "EQUIPO E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO" ESTA LICITACION CONSTA DE 89 (OCHENTA Y NUEVE) SUBPARTIDAS, QUE CONFORMAN LA PARTIDA UNICA, QUE SERA ADJUDICADA, A EL LICITANTE QUE CUMPLA CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA Y QUE PRESENTE LA MEJOR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA. EL METODO DE EVALUACION QUE SE UTILIZARA, SERA EL QUE SEÑALA EL ARTICULO 51 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, Y TOMANDO TAMBIEN EN CONSIDERACION LOS CRITERIOS DE EVALUACION QUE SE MENCIONAN EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LOS LICITANTES OBLIGATORIAMENTE DEBERAN PRESENTAR SU PROPUESTA COTIZANDO EL TOTAL DE LAS SUBPARTIDAS. QUEREMOS ENTENDER QUE SOLAMENTE PARTICIPARAN LAS PERSONAS QUE CUMPLAN CON TODAS LAS 89 SUBPARTIDAS Y SI NO ES ASI PODRIAMOS COTIZAR LAS SUBPARTIDAS POR SEPARADO?
RESPUESTA:	SE MODIFICA NUESTRO REQUERIMIENTO EN ESE SENTIDO, PARA QUEDAR COMO SIGUE: LOS LICITANTE PODRÁN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, OFERTANDO DE LAS 89



SUBPARTIDAS, AQUELLAS QUE SEAN DE SU INTERÉS, Y SERÁN ADJUDICADAS EN FORMA INDEPENDIENTE MEDIANTE EL CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO.

PREGUNTA No. 4

DUDA U OBSERVACION GENÉRICA: (Cualquier pregunta sin relación a determinado inciso)	
DUDA U OBSERVACION:	<p>U PUNTO 2.2 TIEMPO, LUGAR Y FORMA DE ENTREGA DE LOS BIENES: EN ESTE PUNTO ESTAN SOLICITANDO LO SIGUIENTE: "EL LICITANTE" DEBERA GARANTIZAR POR ESCRITO EN SU PROPUESTA TECNICA CONFORME AL ANEXO NUM. 8 QUE LA ENTREGA DE LOS BIENES A "LA UNIVERSIDAD" SERA EN UN PLAZO NO MAYOR A 30 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE COMUNICACIÓN DEL FALLO, LIBRE A BORDO EN EL DOMICILIO UBICADO EN CALLE FRANCISCO VILLA 353 PTE. ENTRE AVE. DONATO GUERRA Y JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, COL. CENTRO, C.P. 80000, CULIACAN, SIN.</p> <p>YA QUE LOS EQUIPOS QUE SE VAN A COTIZAR SON DE IMPORTACION Y DE FABRICACION ESPECIAL SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SE AMPLIE EL PLAZO DE ENTREGA A 90 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE COMUNICACIÓN DEL FALLO.</p>
RESPUESTA:	SE AUTORIZA QUE LA ENTREGA DE LOS BIENES SE REALICE UN PLAZO QUE NO PODRÁ EXCEDER DE 60 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMUNICACIÓN DEL FALLO.

DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.

PREGUNTA # 1

NUMERO PARTIDA	DE	NUMERO DE PAGINA	NUMERAL CONTENIDO	DE	PARRAFO
PARTIDA 8		1	ANEXO "A"		SUB-PARTIDA 8 BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE 1 HP.
DUDA OBSERVACION:	U	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ESTA BOMBA SOLICITADA ES PARA POZO O ALBERCA.			
RESPUESTA:		ES PARA ALBERCA			

Pregunta #2

NUMERO PARTIDA	DE	NUMERO DE PAGINA	NUMERAL CONTENIDO	DE	PARRAFO
PARTIDA 9		1	ANEXO "A"		SUB-PARTIDA 9 BOMBA DE AGUA CENTRIFUGA JACUZZI 2 HP.
DUDA	U	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ESTA BOMBA ES PARA			



OBSERVACION:	HIDROMASAJE.
RESPUESTA:	NO

Pregunta #3

NUMERO PARTIDA	DE	NUMERO DE PAGINA	NUMERAL CONTENIDO	DE	PARRAFO
PARTIDA 61		3	ANEXO "A"		SUB-PARTIDA 61 TERMOCICLADOR MODELO C-100. MARCA BIORAD
DUDA OBSERVACION:	U	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUE MODELO EN ESPECÍFICO NECESITA DE TERMOCICLADOR YA QUE BIORAD CUENTA CON DOS MODELOS: C-1000 Y T-100. EL C-1000 MANEJA DOS MODULOS, EL MODULO DUAL DE 48/48 POZOS Y EL SENCILLO DE 96 POZOS Y EL T-100 SOLO MANEJA EL MODULO DE 96 POZOS. FAVOR DE ACLARARNOS			
RESPUESTA:		MODELO C-1000			

Pregunta #4

NUMERO PARTIDA	DE	NUMERO DE PAGINA	NUMERAL CONTENIDO	DE	PARRAFO
S/N		7	PUNTO DESCRIPCION GENERICA Y FORMA DE OFERTAR LOS BIENS	S.	ESTA LICITACION CONSTA DE 89 SUBPARTIDAS, QUE CONFORMAN LA PARTIDA UNICA QUE SERA ADJUDICADA A EL LICITANTE QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS.
DUDA OBSERVACION:	U	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE LA ADJUDICACION SEA POR SUBPARTIDA Y NO POR "PARTIDA UNICA" (89 SUBPARTIDAS) YA QUE SE ESTA LIMITANDO LA PARTICIPACION.			
RESPUESTA:		SE MODIFICA NUESTRO REQUERIMIENTO EN ESE SENTIDO, PARA QUEDAR COMO SIGUE: LOS LICITANTE PODRÁN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, OFERTANDO DE LAS 89 SUBPARTIDAS, AQUELLAS QUE SEAN DE SU INTERÉS, Y SERÁN ADJUDICADAS EN FORMA INDEPENDIENTE MEDIANTE EL CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO			

Pregunta #5

NUMERO PARTIDA	DE	NUMERO DE PAGINA	NUMERAL CONTENIDO	DE	PARRAFO
----------------	----	------------------	-------------------	----	---------



S/N	1,2 Y 3	ANEXO "A"	ESTA LICITACION CONSTA DE 89 SUBPARTIDAS, QUE CONFORMAN LA PARTIDA UNICA QUE SERA ADJUDICADA A EL LICITANTE QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS.
DUDA OBSERVACION:	U	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE LA ADJUDICACION SEA POR SUBPARTIDA Y NO POR "PARTIDA UNICA" (89 SUBPARTIDAS) YA QUE SE ESTA LIMITANDO LA PARTICIPACION.	
RESPUESTA:	SE MODIFICA NUESTRO REQUERIMIENTO EN ESE SENTIDO, PARA QUEDAR COMO SIGUE: LOS LICITANTE PODRÁN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, OFERTANDO DE LAS 89 SUBPARTIDAS, AQUELLAS QUE SEAN DE SU INTERÉS, Y SERÁN ADJUDICADAS EN FORMA INDEPENDIENTE MEDIANTE EL CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO		

Pregunta #6

NUMERO PARTIDA	DE	NUMERO DE PAGINA	NUMERAL CONTENIDO	DE	PARRAFO
TODAS		1,2,Y 3	ANEXO "A"		DESCRIPCIONES DE LAS SUBPARTIDAS.
DUDA OBSERVACION:	U	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE ACEPTEN OTRAS MARCAS A LAS MENCIONADAS EN EL ANEXO "A" DE LA LICITACION. SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO REQUERIDO EN CUANTO A FUNCIONAMIENTO, SE ACEPTA			
RESPUESTA:	SE PUEDEN OFERTAR BIENES DE OTRA MARCA Y MODELO CON CARACTERÍSTICAS IGUALES O SUPERIORES A LO SOLIITADO , SIEMPRE QUE SE ACOMPAÑEN LAS FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES TANTO REQUERIDOS POR "LA UNIVERSIDAD" EN EL ANEXO "A", COMO LOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE				

Pregunta #7

NUMERO PARTIDA	DE	NUMERO PAGINA	DE	NUMERAL CONTENIDO	DE	PARRAFO
TODAS		1,2,Y 3		ANEXO "A"		DESCRIPCIONES DE LAS SUBPARTIDAS.
DUDA OBSERVACION:	U	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE MAYOR DESCRIPCION DE TODAS LAS PARTIDAS SOLICITADAS EN EL ANEXO "A".				
RESPUESTA:	POR LOS TIEMPOS QUE TENEMOS PARA RESPONDER SUS DUDAS O PREGUNTAS, (24 HORAS), Y POR LA CANTIDAD DE BIENES QUE INTEGRAN NUESTRO REQUERIMIENTO, NO ES POSIBLE PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA.					

Pregunta # 8



NUMERO PARTIDA	DE	NUMERO DE PAGINA	NUMERAL CONTENIDO	DE	PARRAFO
TODAS		1,2,Y 3	ANEXO "A"		DESCRIPCIONES DE LAS SUBPARTIDAS.
DUDA OBSERVACION:	U	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE IMÁGENES O ESQUEMAS DE LAS PARTIDAS SOLICITADAS EN EL ANEXO "A"			
RESPUESTA:		POR LOS TIEMPOS QUE TENEMOS PARA RESPONDER SUS DUDAS O PREGUNTAS, (24 HORAS), Y POR LA CANTIDAD DE BIENES QUE INTEGRAN NUESTRO REQUERIMIENTO, NO ES POSIBLE PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA.			

EQUIPAR, S.A. DE C.V.

PREGUNTA # 1

NUMERO PARTIDA	DE	NUMERO DE PAGINA	NUMERAL CONTENIDO	DE	PARRAFO
DUDA OBSERVACION:	U	EN EL PUNTO GENERAL 2, PAGINA 7, PARRAFO 2; LA PRESENTE CONVOCATORIA HACE REFERENCIA A LA OFERTA DE PARTIDA ÚNICA, SIN EMBARGO SE REFERENCIAN PARTIDAS DE VARIOS RUBROS, HAY POSIBILIDAD DE OFERTAR Y ADJUDICAR POR PARTIDA INDIVIDUAL, ESTO CON LA FINALIDAD DE DAR MAYOR APERTURA Y PODER OBTENER MEJORES COSTOS Y SERVICIOS.			
RESPUESTA:		SE MODIFICA NUESTRO REQUERIMIENTO EN ESE SENTIDO, PARA QUEDAR COMO SIGUE: LOS LICITANTE PODRÁN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, OFERTANDO DE LAS 89 SUBPARTIDAS, AQUELLAS QUE SEAN DE SU INTERÉS, Y SERÁN ADJUDICADAS EN FORMA INDEPENDIENTE MEDIANTE EL CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO			

PREGUNTA #2

NUMERO PARTIDA	DE	NUMERO DE PAGINA	NUMERAL CONTENIDO	DE	PARRAFO
7		1	ANEXO A		
DUDA OBSERVACION:	U	NOS PODRIA INDICAR EL VOLUMEN REQUERIDO PARA LA INCUBADORA			
RESPUESTA:		8 MATRACES DE 250ML- 5 MATRACES DE 500ML.			

PREGUNTA #3

NUMERO PARTIDA	DE	NUMERO DE PAGINA	NUMERAL CONTENIDO	DE	PARRAFO
15		1	ANEXO A		



DUDA OBSERVACION:	U	NOS PODRIA INDICAR LAS DIMENSIONES NECESARIAS DE LA SONDA DE MEDICIÓN
RESPUESTA:		SONDA DE 1 METRO EN ADELANTE

PREGUNTA #4

NUMERO PARTIDA	DE	NUMERO DE PAGINA	NUMERAL CONTENIDO	DE	PARRAFO
21		1	ANEXO A		
DUDA OBSERVACION:	U	SOBRE LA BOMBA PERISTALTICA, SE NOS PODRIA INDICAR FLUJO, Y MUESTRA A DOSIFICAR, ASI COMO SI REQUIERE CONTROLAR UN TIEMPO Y VELOCIDAD			
RESPUESTA:		LA BOMBA ES DE FLUJO CONSTANTE SIN REGULADOR NI CONTROLADOR DE TIEMPO, EL MODELO DE LA BOMBA ES EL SIGUIENTE 907-101-3014-64, LA CUAL PUEDE SER SUSTITUIDA POR EL MODELO FS-99 DE LA MISMA MARCA			

PREGUNTA #5

NUMERO PARTIDA	DE	NUMERO DE PAGINA	NUMERAL CONTENIDO	DE	PARRAFO
24		2	ANEXO A		
DUDA OBSERVACION:	U	NOS PODRIA INDICAR EL VOLUMEN NECESARIO DEL HORNO			
RESPUESTA:		51.5X30X27CM.			

PREGUNTA #6

NUMERO PARTIDA	DE	NUMERO DE PAGINA	NUMERAL CONTENIDO	DE	PARRAFO
57		2	ANEXO A		
DUDA OBSERVACION:	U	NOS PODRIA INDICAR PESO Y SENSIBILIDAD PARA LA BASCULA			
RESPUESTA:		120KG. SENSIBILIDAD ESTANDAR			

PREGUNTA #7

NUMERO PARTIDA	DE	NUMERO DE PAGINA	NUMERAL CONTENIDO	DE	PARRAFO
60		2	ANEXO A		
DUDA OBSERVACION:	U	NOS PODRIA INDICAR PESO MAXIMO Y SENSIBILIDAD PARA LA BASCULA			
RESPUESTA:		120KG. SENSIBILIDAD ESTANDAR			



PARTIDA #8

NUMERO PARTIDA	DE	NUMERO DE PAGINA	NUMERAL CONTENIDO	DE	PARRAFO
82		2	ANEXO A		
DUDA OBSERVACION:	U	FAVOR DE MENCIONAR LAS DIMENSIONES NECESARIAS PARA LA CAMPANA DE FLUJO LAMINAR.			
RESPUESTA:		128X125X86CM			

CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.

PREGUNTA # 1

NUMERO PARTIDA	DE	NUMERO DE PAGINA	NUMERAL CONTENIDO	DE	PARRAFO
PARTIDA 61		3	ANEXO A		
DUDA OBSERVACION:	U	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE EL MODELO DEL EQUIPO DE BIORAD QUE SE PIDE YA QUE EL INDICADO (C-100) NO EXISTE. ESTO CON LA FINALIDAD DE OFERTAR EQUIPO CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES O SUPERIORES. ¿ES POSIBLE?			
RESPUESTA:		EL MODELO CORRECTO ES C-1000			

Pregunta #2

NUMERO PARTIDA	DE	NUMERO DE PAGINA	NUMERAL DE CONTENIDO	DE	PARRAFO
PARTIDA 82		3	ANEXO A		
DUDA OBSERVACION:	U	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE EL TAMAÑO DE LA CAMPANA Y SI ES FLUJO LAMINAR VERTICAL U HORIZONTAL O BIEN SI SE TRATA DE UN GABINETE CLASE II A2			
RESPUESTA:		TAMAÑO ES 128X125X86CM FLUJO LAMINAR VERTICAL			

Pregunta #3

NUMERO PARTIDA	DE	NUMERO DE PAGINA	NUMERAL DE CONTENIDO	DE	PARRAFO
PARTIDA 7			ANEXO A		
DUDA OBSERVACION:	U	FAVOR DE ESPECIFICAR EL NUMERO DE MATRACES QUE DESEA ACOPLAR A LA PLATAFORMA DEL EQUIPO, ASÍ COMO SU CAPACIDAD.			
RESPUESTA:		8 MATRACES DE 250ML- 5 MATRACES DE 500ML.			



Pregunta #4

NUMERO DE PARTIDA	DE	NUMERO DE PAGINA	NUMERAL DE CONTENIDO	DE	PARRAFO
PARTIDA 24			ANEXO A		
DUDA OBSERVACION:	U	FAVOR DE ESPECIFICAR EL TIPO DE MATERIAL A ESTERILIZAR ASI COMO TAMBIÉN LA CAPACIDAD EN LITROS O PIES CUBICOS DEL EQUIPO, Y RANGO DE TEMPERATURA QUE DEBE CUBRIR			
RESPUESTA:		TIPO DE MATERIAL ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD 51.5X30X27CM Y RANGO DE TEMPERATURA 100-180°C			

Pregunta #5

NUMERO DE PARTIDA	NUMERO DE PAGINA	NUMERAL DE CONTENIDO	PARRAFO
PARTIDA 44		ANEXO A	
DUDA U OBSERVACION:	FAVOR DE ACLARAR EL TAMAÑO DE GEL A TRABAJAR		
RESPUESTA:	120X120, 60X60 Y 60X120MM Y BUFFER REQUERIDO DE 550MM		

NUMERO DE PARTIDA	NUMERO DE PAGINA	NUMERAL DE CONTENIDO	PARRAFO
PARTIDAS 1-89	7	2.2 (ANEXO 8)	
DUDA U OBSERVACION:	En bases indican que el tiempo de entrega de los bienes será en un plazo no mayor a 30 días naturales. Solicitamos a la convocante se nos permita entregar en un plazo de 45 a 60 días naturales después del fallo ya que muchos de los equipos son de importación.		
RESPUESTA:	LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN UN PLAZO QUE NO PODRÁ EXCEDER DE 60 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO.		

INSTRUMENTOS ÓPTICOS DE PRECISIÓN, S.A. DE C.V.

PREGUNTA # 1

NUMERO DE PARTIDA	DE	NUMERO DE PAGINA	NUMERAL DE CONTENIDO	DE	PARRAFO
2		1	Anexo A		2
DUDA	U	Paran no limitar la libre participación, favor de indicarnos cuales son las			



OBSERVACION:	especificaciones mínimas del equipo.
RESPUESTA:	PARA EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN, NO EXISTEN ESPECIFICACIONES MÍNIMAS, LOS REQUERIMIENTOS DE "LA UNIVERSIDAD" SE ENCUENTRAN CONTENIDOS EN EL ANEXO "A" DE LA CONVOCATORIA, SE PUEDEN OFERTAR BIENES DE OTRA MARCA Y MODELO CON CARACTERÍSTICAS IGUALES O SUPERIORES A LO SOLICITADO, SIEMPRE QUE SE ACOMPAÑEN LAS FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES TANTO REQUERIDOS POR "LA UNIVERSIDAD" EN EL ANEXO "A", COMO LOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE

Pregunta #2

NUMERO PARTIDA	DE	NUMERO DE PAGINA	NUMERAL CONTENIDO	DE	PARRAFO
12		1	Anexo A		12
DUDA OBSERVACION:	U	Paran no limitar la libre participación, favor de indicarnos cuales son las especificaciones mínimas del equipo.			
RESPUESTA:	SIMILAR A LA EMITIDA RESPECTO A SU PREGUNTA NÚMERO UNO.				

Pregunta #3

NUMERO PARTIDA	DE	NUMERO DE PAGINA	NUMERAL CONTENIDO	DE	PARRAFO
28		2	Anexo A		7
DUDA OBSERVACION:	U	Paran no limitar la libre participación, favor de indicarnos cuales son las especificaciones mínimas del equipo			
RESPUESTA:	SIMILAR A LA EMITIDA RESPECTO A SU PREGUNTA NÚMERO UNO				

Pregunta #4

NUMERO PARTIDA	DE	NUMERO DE PAGINA	NUMERAL CONTENIDO	DE	PARRAFO
31		2	Anexo A		10
DUDA OBSERVACION:	U	Paran no limitar la libre participación, favor de indicarnos cuales son las especificaciones mínimas del equipo.			
RESPUESTA:	SIMILAR A LA EMITIDA RESPECTO A SU PREGUNTA NÚMERO UNO				

Pregunta #4

NUMERO PARTIDA	DE	NUMERO DE PAGINA	NUMERAL CONTENIDO	DE	PARRAFO
37		2	Anexo A		
DUDA OBSERVACION:	U	Paran no limitar la libre participación, favor de indicarnos cuales son las especificaciones mínimas del equipo.			



RESPUESTA:	SIMILAR A LA EMITIDA RESPECTO A SU PREGUNTA NÚMERO UNO
------------	--

Pregunta #5

NUMERO PARTIDA	DE	NUMERO DE PAGINA	NUMERAL CONTENIDO	DE	PARRAFO
38		2	Anexo A		
DUDA OBSERVACION:	U	Paran no limitar la libre participación, favor de indicarnos cuales son las especificaciones mínimas del equipo.			
RESPUESTA:	SIMILAR A LA EMITIDA RESPECTO A SU PREGUNTA NÚMERO UNO				

Pregunta #6

NUMERO PARTIDA	DE	NUMERO DE PAGINA	NUMERAL CONTENIDO	DE	PARRAFO
39		2	Anexo A		
DUDA OBSERVACION:	U	Paran no limitar la libre participación, favor de indicarnos cuales son las especificaciones mínimas del equipo.			
RESPUESTA:	SIMILAR A LA EMITIDA RESPECTO A SU PREGUNTA NÚMERO UNO				

Pregunta #7

NUMERO PARTIDA	DE	NUMERO DE PAGINA	NUMERAL CONTENIDO	DE	PARRAFO
41		2	Anexo A		
DUDA OBSERVACION:	U	Paran no limitar la libre participación, favor de indicarnos cuales son las especificaciones mínimas del equipo.			
RESPUESTA:	SIMILAR A LA EMITIDA RESPECTO A SU PREGUNTA NÚMERO UNO				

Pregunta #8

NUMERO PARTIDA	DE	NUMERO DE PAGINA	NUMERAL CONTENIDO	DE	PARRAFO
		8	2.6		4
DUDA OBSERVACION:	U	Grado de integración de contenido Nacional: Hay un formato para los equipos de importación, ya que hay equipos que están solicitando que no tienen contenido de Integración Nacionalidad Mexicana.			
RESPUESTA:	POR SER LA PRESENTE UNA LICITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL, ES OBLIGATORIO QUE, QUIENES PARTICIPEN EN EL PRESENTE CONCURSO, DURANTE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, PRESENTEN EL ANEXO 11, DEBIDAMENTE LLENADO Y FIRMADO.				



Pregunta #8

NUMERO PARTIDA	DE	NUMERO DE PAGINA	NUMERAL CONTENIDO	DE	PARRAFO
		22	8.2		Ultimo párrafo
DUDA OBSERVACION:	U	Firma del contrato: En caso de salir Adjudicado nos podrían mandar el contrato para su firma. En caso que nos indique "NO", se podría firmar el contrato al realizar la entrega de los equipos para no afectar el costo del equipo.			
RESPUESTA:		NO EXISTE INCONVENIENTE EN ENVIAR EL CONTRATO PARA SU FIRMA, SIEMPRE QUE SE NOS ENVÍE CON EL CONTRATO FIRMADO, NOS ENVÍEN LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL NUMERAL 8.3 DE LA CONVOCATORIA.			

Pregunta #9

NUMERO PARTIDA	DE	NUMERO PAGINA	DE	NUMERAL CONTENIDO	DE	PARRAFO
DUDA OBSERVACION:	U	Licitación Publica Presencial: Solicitamos a la convocante, para reducir los costos de traslado de CDMX – Universidad Autónoma de Sinaloa CDMX. Podemos enviar nuestras proposiciones por mensajería.				
RESPUESTA:		SE RATIFICA NUESTRO REQUERIMIENTO CONTENIDO EN EL PENÚLTIMO PARRAFO DEL NUMERAL 1 DE LA CONVOCATORIA, EL CUAL SE TRANSCRIBE: CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 26 BIS FRACCIÓN I DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, LA PRESENTE LICITACIÓN ES PRESENCIAL, POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR SUS PROPOSICIONES EN FORMA DOCUMENTAL Y POR ESCRITO, ADEMÁS DE LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL, EN SOBRE CERRADO.				

Pregunta #10

NUMERO DE PARTIDA	NUMERO DE PAGINA	NUMERAL CONTENIDO	DE	PARRAFO
	07	2		Tercer párrafo
DUDA OBSERVACION:	U	Descripción Genérica y Forma de Ofertar los Bienes: Debido a que existen muy pocas Empresas integradoras, solicitamos permitan cotizar subpartidas de manera individual, ya que al integrar todas las partidas el licitante se convierte automáticamente en un intermediario resultando un precio mayor al que		



	puede ofertar un representante autorizado por el Fabricante de la Marca.
RESPUESTA:	<p>SE MODIFICA NUESTRO REQUERIMIENTO EN ESE SENTIDO, PARA QUEDAR COMO SIGUE:</p> <p>LOS LICITANTE PODRÁN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, OFERTANDO DE LAS 89 SUBPARTIDAS, AQUELLAS QUE SEAN DE SU INTERÉS, Y SERÁN ADJUDICADAS EN FORMA INDEPENDIENTE MEDIANTE EL CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO</p>

SE RECIBIERON SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LA CONVOCATORIA POR PARTE DE LOS LICITANTES **WORLD NET COMMERCE, S. A. DE C. V., Y ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.,** MISMAS QUE POR SER RECIBIDAS EN FORMA EXTEMPORÁNEA DE ACUERDO AL CUARTO PÁRRAFO DEL NUMERAL 4.2 DE LA CONVOCATORIA, NO SE RESPONDEN. -----

CON FUNDAMENTO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL APARTADO I DEL ARTÍCULO 46 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, UNA VEZ QUE HEMOS TERMINADO DE DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN, DAMOS OPORTUNIDAD A LOS LICITANTES PARA QUE, EN EL MISMO ORDEN DE LOS PUNTOS O APARTADOS DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA EN QUE SE DIO RESPUESTA, FORMULEN LAS PREGUNTAS QUE ESTIMEN PERTINENTES EN RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS RECIBIDAS. ATENDIENDO AL NÚMERO DE PREGUNTAS, Y/O COMPLEJIDAD DE LAS MISMAS, INFORMAREMOS A LOS LICITANTES SI ÉSTAS SERÁN CONTESTADAS EN ESE MOMENTO O SI SE SUSPENDE LA SESIÓN PARA REANUDARLA EN HORA O FECHA POSTERIOR.-----

SE SOLICITA A LOS LICITANTES PRESENTES MANIFIESTEN SI TIENE PREGUNTAS QUE FORMULAR CON RELACIÓN A LAS RESPUESTAS RECIBIDAS A LO QUE DIJERON NO TENER NADA QUE AGREGAR. -----

EN ESTRICTO APEGO AL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY SE ACLARA QUE ESTA ES LA ÚNICA Y ÚLTIMA ACTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LA CONVOCATORIA-----

SE RATIFICA QUE SE REALIZARÁ EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, EL DÍA **09 DE OCTUBRE DE 2018, A LAS 09:00 HRS. (HORARIO DE TELÉFONOS DE MÉXICO),** EN ESTE MISMO LUGAR, DESPUES DE LA HORA ANTES SEÑALADA, **NO SE PERMITIRÁ LA ENTRADA NI EL REGISTRO DE NINGÚN LICITANTE NI OBSERVADOR.** -----

SE ANEXA A LA PRESENTE REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS LICITANTES, SERVIDORES PUBLICOS Y DEMÁS ASISTENTES EN LA REUNIÓN.-----

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



NO HABIENDO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA REUNIÓN A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO.

POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES


M.C. MANUEL DE JESÚS LARA SALAZAR
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


C. JESÚS MANUEL ELIZALDE VALLES,
REPRESENTANTE DEL
DR. ISMAEL GARCÍA CASTRO
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y
DESARROLLO


C. NORMA ALICIA AGUILERO
DIRECTORA DE CONTROL DE BIENES E INVENTARIOS


ARQ. JORGE PÉREZ RUBIO
DIRECTOR GENERAL DE INSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO

ASESORES


M.C. SALVADOR PÉREZ MARTÍNEZ,
CONTRALOR GENERAL


DR. LAZARO GAMBINO ESPINOSA
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS


DRA. MARTHA HERMELINDA PEÑA CEBALLOS.
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

POR LOS LICITANTES:

MARCO ANTONIO ORTIZ CERVANTES. REPRESENTANTE DE
CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.

JOEL MARTÍNEZ REGALADO., REPRESENTANTE DE DISEÑO
TECNOLOGIO EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.





LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LAS BASES DE LA CONVOCATORIA A LA



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA 925059988-E6-2018 "EQUIPO E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO".