



ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DEL ACTO DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA 925059988-E6-2018 "EQUIPO E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO".

SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2018, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SALA DE JUNTAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD UBICADA EN EL CAMPUS RAFAEL BUELNA, BLVD. MIGUEL TAMAYO ESPINOZA DE LOS MONTEROS NÚMERO 2358, DESARROLLO URBANO 3 RÍOS, C.P. 80020, CULIACÁN, SINALOA, SE LLEVÓ A CABO LA REUNIÓN PROGRAMADA PARA DAR A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA 925059988-E6-2018 "EQUIPO E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO".

SE ENCUENTRAN PRESENTES POR PARTE DE LOS LICITANTES EL C. EVERARDO JOEL HIGUERA CAMPOS, REPRESENTANTE DE EL CRISOL, S.A. DE C.V.

INTERVIENEN EN ESTE ACTO LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES: EL M.C. **MANUEL DE JESÚS LARA SALAZAR**, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS; C. JESÚS MANUEL ELIZALDE VALLES, REPRESENTANTE DEL DR. ISMAEL GARCÍA CASTRO, DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO; C. NORMA ALICIA AGUILAR NAVARRO, DIRECTORA DE CONTROL DE BIENES E INVENTARIOS; Y COMO ASESORES LOS CC. M.C. **SALVADOR PÉREZ MARTÍNEZ**, CONTRALOR GENERAL; DR. **LÁZARO GAMBINO ESPINOSA**, DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS; ISC. **MARIA ANGÉLICA ÁLVAREZ FÉLIX**, DIRECTORA DE INFORMÁTICA; Y LA DRA. **MARTHA HERMELINDA PEÑA CEBALLOS**, SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

EL M.C. **MANUEL DE JESÚS LARA SALAZAR** DA LA BIENVENIDA A LOS PRESENTES Y UNA VEZ QUE SE FIRMA LA LISTA DE ASISTENCIA, SOLICITA A LA C. **NORMA ALICIA AGUILAR NAVARRO**, CONDUZCA EL DESARROLLO DE LA REUNIÓN.

EN USO DE LA PALABRA INFORMA QUE A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 18 DEL MES EN CURSO, SE EMITIÓ EL DICTAMEN QUE SIRVIÓ DE FUNDAMENTO PARA DAR A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACIÓN QUE NOS OCUPA, DOCUMENTO QUE EN SU PARTE APLICABLE SE TRANSCRIBE:

ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS

Mano de la lista de asistencia

10/18

Handwritten signatures and initials in blue ink.



AL REALIZAR LA EVALUACIÓN EN FORMA CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS, SE CONCLUYE QUE LOS LICITANTES: **ASESORÍA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.; QUÍMICA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.; INSTRUMEL, S.A. DE C.V.; JESÚS GUILLERMO LUJÁN VERDUZCO; EL CRISOL, S.A. DE C.V.; ELDORADO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.; CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.; NUEVA TECNOLOGÍA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.; WORLD NET COMMERCE, S.A. DE C.V.; EQUIPAR, S.A. DE C.V.; DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.; ESPECIALISTAS COMERCIALES DEL NOROESTE DE MÉXICO, S.-A. DE C.V.; E INSTRUMENTOS OPTICOS DE PRECISIÓN, S.A. DE C.V. CUMPLIERON CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR "LA UNIVERSIDAD" RESPECTO A LA DOCUMENTACIÓN LEGAL, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, SE DETERMINA QUE LOS LICITANTES_**

EN EL **ANEXO 1 (UNO)**, SE DESCRIBEN LAS SUBPARTIDAS EN QUE PARTICIPARON LOS LICITANTES, ASÍ COMO EL IMPORTE DE SUS PROPUESTAS.

AL REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SE DESCRIBEN AQUELLAS SUBPARTIDAS EN QUE LOS LICITANTES NO CUMPLIERON CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR "LA UNIVERSIDAD"

SUB-PARTIDA	REQUERIMIENTO DE "LA UNIVERSIDAD"	DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.
5	Balanza mecánica triple brazo marca ohaus modelo 760 000 capacidad máxima 610 g	<p>BALANZA GRANATARIA 3 BRAZOS CAPACIDAD 610 G (2610G CON PESAS) SENSIBILIDAD 0.1G, CUENTA CON BARRAS GRADUADAS AL CENTRO DE 10 G (0.1G), 100 G (10G) Y 500 G (100G). SU PLATO DE PESAJE ES DE ACERO INOXIDABLE DE 152 MM E INCLUYE PESAS PARA ALCANZAR UNA CAPACIDAD MÁXIMA DE 2610 G. CALIBRACION MANUAL MARCA VELAB CATALOGO VE-2610</p> <p>CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, SA DE CV</p> <p>Balanza granataria VE-2610 Fácilmente ajustable a ceros, cuenta con barras graduadas al centro de 10 g (0.1g), 100 g (10g) y 500 g (100g). Su plato de pesaje es de acero inoxidable e incluye pesas para alcanzar una capacidad máxima de 2610 g.</p> <p>Especificaciones Capacidad: 610 g (2610 g con pesas) Sensibilidad: ± 0.1 g CINCO Linealidad: ± 0.2 g Unidades de pesaje: g Graducación: 1er barra 10g (0.1g) 2da barra 500g (100g) 3ra barra 100g (10g) Calibración: Manual Tamaño de la plataforma: Ø 152 mm Peso del equipo: 3 Kg Dimensiones: 470 x 150 x 180 mm</p>



Funciones adicionales: Aumento de capacidad con pesas (2610g)
Accesorios: Instructivo de Operación y 3 pesas

UNA VEZ HECHO EL ANÁLISIS, SE DEDUCE QUE PARA EFECTOS DE LA SUBPARTIDA CINCO DE LA PRESENTE LICITACIÓN EL LICITANTE **DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V. NO CUMPLE** CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR "LA UNIVERSIDAD", YA QUE LA MARCA OFERTADA DIFIERE CON EL REQUERIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD. **CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, SA DE C.V. NO CUMPLE** CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR "LA UNIVERSIDAD", YA QUE NO PRECISA MARCA DE LOS BIENES QUE OFRECE, Y EN CONSECUENCIA NO PUEDE DETERMINARSE SI ESTOS SON SIMILARES A LOS REQUERIDOS EN EL ANEXO "A" DE LA CONVOCATORIA.

CON FUNDAMENTO EN LOS NUMERALES 11-a), k) y l) DE LA CONVOCATORIA, SUS PROPUESTAS PARA EFECTOS DE LA SUBPARTIDA CINCO HAN SIDO DESECHADAS. SE TRANSCRIBEN LOS CITADOS APARTADOS

11. DESCALIFICACIÓN DE LICITANTES.

EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES NO SE DESCALIFICARÁ A NINGUN LICITANTE, SIN EMBARGO EN EL ANÁLISIS DETALLADO DE SUS PROPUESTAS, PREVIO AL ACTO DE FALLO, SERÁ DESECHADA LA PROPUESTA DE QUIEN INCURRA EN UNA DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES:

- a) LA PRESENTACIÓN Y/O LA PROPUESTA SEA INCOMPLETA, SE OMITA CUALQUIER DOCUMENTO, O ALGUNO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS O QUE LOS DOCUMENTOS NO CONTENGAN LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.
- k) CUANDO EN SU PROPUESTA TÉCNICA NO DESCRIBA LAS CARACTERÍSTICAS COMPLETAS (CANTIDADES, PARTIDA Y OTROS) DE LOS BIENES QUE COTIZA, MISMOS QUE DEBERÁN SER COINCIDENTES CON EL ANEXO "A" DE LA CONVOCATORIA
- l) CUANDO NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR "LA UNIVERSIDAD".

SUB-PARTIDA	REQUERIMIENTO DE "LA UNIVERSIDAD"	WORLD NET COMMERCE, S.A. DE C.V.
9	Bomba de agua centrifuga Jacuzzi 2 Hp	BOMBA CENTRÍFUGA DE AGUA CON POTENCIA DE 2 HP, FLUJO MÁXIMO DE 190 LT/MIN, USO DIARIO DE MÁXIMO 6 HORAS, MÁXIMA PROFUNDIDAD: 8 M. MARCA TRUPER, MODELO BOAC-2.
		CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, SA DE CV
		BOMBA CENTRIFUGA ALTA CARGA STA-RITE 2HP 1/60/115-230V, impulsor Noryl Sello mecanico Carbon-ceramicam elastomeros Buna-N, flecha acero inoxidable 416, Carcasa y plato sello Hierro fundido, Maxima presion que soporta 87 psi, temperatura maxima del liquido 45°C, Temperatura ambiente maxima 45°C y Motor asincrono, CDP, jaula de ardilla, aislamiento clase B, IP44



UNA VEZ HECHO EL ANÁLISIS, SE DEDUCE QUE PARA EFECTOS DE LA SUBPARTIDA NUEVE DE LA PRESENTE LICITACIÓN EL LICITANTE **WORLD NET COMMERCE, S.A. DE C.V. NO CUMPLE** CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR "LA UNIVERSIDAD", YA QUE EL MODELO OFERTADO DIFIERE CON EL REQUERIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD. **CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, SA DE C.V. NO CUMPLE** CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR "LA UNIVERSIDAD", YA QUE NO PRECISA MARCA DE LOS BIENES QUE OFRECE, Y EN CONSECUENCIA NO PUEDE DETERMINARSE SI ESTOS SON SIMILARES A LOS REQUERIDOS EN EL ANEXO "A" DE LA CONVOCATORIA.

CON FUNDAMENTO EN LOS NUMERALES 11-a), k) y l) DE LA CONVOCATORIA, SUS PROPUESTAS PARA EFECTOS DE LA SUBPARTIDA NUEVE, HAN SIDO DESECHADAS. SE TRANSCRIBEN LOS CITADOS APARTADOS

11. DESCALIFICACIÓN DE LICITANTES.

EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES NO SE DESCALIFICARÁ A NINGUN LICITANTE, SIN EMBARGO EN EL ANÁLISIS DETALLADO DE SUS PROPUESTAS, PREVIO AL ACTO DE FALLO, SERÁ DESECHADA LA PROPUESTA DE QUIEN INCURRA EN UNA DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES:

- a) LA PRESENTACIÓN Y/O LA PROPUESTA SEA INCOMPLETA, SE OMITA CUALQUIER DOCUMENTO, O ALGUNO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS O QUE LOS DOCUMENTOS NO CONTENGAN LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.
- k) CUANDO EN SU PROPUESTA TÉCNICA NO DESCRIBA LAS CARACTERÍSTICAS COMPLETAS (CANTIDADES, PARTIDA Y OTROS) DE LOS BIENES QUE COTIZA, MISMOS QUE DEBERÁN SER COINCIDENTES CON EL ANEXO "A" DE LA CONVOCATORIA
- l) CUANDO NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR "LA UNIVERSIDAD".

SUB-PARTIDA	REQUERIMIENTO DE "LA UNIVERSIDAD"	EL CRISOL, SA DE CV
17	VERNIER DIGITAL MITUTOYO DE 4 IN	Vernier de acero inoxidable de 6" (150mm), división de 0.02mm, marca Che Scientific . Clave El Crisol CHESC05069, se suministra por pieza.

UNA VEZ HECHO EL ANÁLISIS, SE DEDUCE QUE PARA EFECTOS DE LA SUBPARTIDA DIECISIETE DE LA PRESENTE LICITACIÓN EL LICITANTE **EL CRISOL, S.A. DE C.V. NO CUMPLE** CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR "LA UNIVERSIDAD", YA QUE EL BIEN OFERTADO CONTIENE UN RANGO DE "6", SUPERIOR AL REQUERIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD "4"



CON FUNDAMENTO EN LOS NUMERALES 11-a), k) y l) DE LA CONVOCATORIA, SUS PROPUESTAS PARA EFECTOS DE LA SUBPARTIDA , DIECISIETE HAN SIDO DESECHADAS. SE TRANSCRIBEN LOS CITADOS APARTADOS

11. DESCALIFICACIÓN DE LICITANTES.

EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES NO SE DESCALIFICARÁ A NINGUN LICITANTE, SIN EMBARGO EN EL ANÁLISIS DETALLADO DE SUS PROPUESTAS, PREVIO AL ACTO DE FALLO, SERÁ DESECHADA LA PROPUESTA DE QUIEN INCURRA EN UNA DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES:

- a) LA PRESENTACIÓN Y/O LA PROPUESTA SEA INCOMPLETA, SE OMITA CUALQUIER DOCUMENTO, O ALGUNO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS O QUE LOS DOCUMENTOS NO CONTENGAN LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.
- k) CUANDO EN SU PROPUESTA TÉCNICA NO DESCRIBA LAS CARACTERÍSTICAS COMPLETAS (CANTIDADES, PARTIDA Y OTROS) DE LOS BIENES QUE COTIZA, MISMOS QUE DEBERÁN SER COINCIDENTES CON EL ANEXO "A" DE LA CONVOCATORIA
- l) CUANDO NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR "LA UNIVERSIDAD".

SUB-PARTIDA A	REQUERIMIENTO DE "LA UNIVERSIDAD"	WORLD NET COMMERCE, S.A. DE C.V.
34	Nivel automático TOPCON AT B4 24X de aumento focal.	NIVEL AUTOMÁTICO MARCA SOKKIA, MODELO B40 ; TELESCOPIO CON LONGITUD DE 215 MM (8.46"), Y 24X DE AUMENTO FOCAL. PRECISIÓN SIN MICRÓMETRO DE 2.0 MM. GARANTÍA DE 1 AÑO.
		NUEVA TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, SA DE CV
		NIVEL AUTOMÁTICO TOPCON AT B4 24X DE AUMENTO FOCAL.

UNA VEZ HECHO EL ANÁLISIS, SE DEDUCE QUE PARA EFECTOS DE LA SUBPARTIDA TREINTA Y CUATRO DE LA PRESENTE LICITACIÓN EL LICITANTE **WORLD NET COMMERCE, S.A. DE C.V. Y NUEVA TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, SA DE CV NO CUMPLEN** YA QUE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO DIFIEREN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR "LA UNIVERSIDAD", EN EL ANEXO "A"

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]



CON FUNDAMENTO EN LOS NUMERALES 11-a), k) y l) DE LA CONVOCATORIA, SUS PROPUESTAS PARA EFECTOS DE LA SUBPARTIDA TREINTA Y CUATRO, HAN SIDO DESECHADAS. SE TRANSCRIBEN LOS CITADOS APARTADOS

11. DESCALIFICACIÓN DE LICITANTES.

EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES NO SE DESCALIFICARÁ A NINGUN LICITANTE, SIN EMBARGO EN EL ANÁLISIS DETALLADO DE SUS PROPUESTAS, PREVIO AL ACTO DE FALLO, SERÁ DESECHADA LA PROPUESTA DE QUIEN INCURRA EN UNA DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES:

- a) LA PRESENTACIÓN Y/O LA PROPUESTA SEA INCOMPLETA, SE OMITA CUALQUIER DOCUMENTO, O ALGUNO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS O QUE LOS DOCUMENTOS NO CONTENGAN LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.
- k) CUANDO EN SU PROPUESTA TÉCNICA NO DESCRIBA LAS CARACTERÍSTICAS COMPLETAS (CANTIDADES, PARTIDA Y OTROS) DE LOS BIENES QUE COTIZA, MISMOS QUE DEBERÁN SER COINCIDENTES CON EL ANEXO "A" DE LA CONVOCATORIA.
- l) CUANDO NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR "LA UNIVERSIDAD".

SUB-PARTIDA	REQUERIMIENTO DE "LA UNIVERSIDAD"	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, SA DE CV
41	Microscopio Polarizador (Petrográfico) Leica DM2700P: Gran modularidad, Iluminación UC-3D (3D de ultracontraste),	<p><i>Se Ofrece</i> MICROSCOPIO BINOCULAR DE POLARIZACIÓN Microscopio profesional de luz polarizada, ideal para observación de materiales cristalinos o fibrosos e identificación y estudio de texturas de los minerales. Ofrece observaciones con 3 tipos de luz polarizada (conoscópica, simple y ortogonal) y cuenta con platina circular giratoria con escala dividida en 360°. OCULARES WF 10X/20mm con gomas protectoras y ajuste de dioptría en uno de los oculares. CABEZA Binocular tipo Siedentopf inclinada a 45° y giratoria 360° con ajuste de distancia interpupilar de 48 - 75 mm, analizador y sistema de lentes de Bertrand. REVÓLVER Quintuple con anillo antiderrapante y tope. OBJETIVOS 4X, 10X, 25X (retractil), 40X (retractil) y 63X (retractil) con optica acromatica, acabado metalico y anillo de color para facil identificacion. CUERPO Estativo, robusto y reforzado con acabado en pintura epoxica. PLATINA Mecanica circular, 170 mm de diametro con escala dividida en 360°, giniometro y doble opcion de ajuste de muestra; dos pinzas o paltina mecanica desmontable con movimientos X-Y. CONDENSADOR</p>



		<p>Abbe, A.N. 1.3 de oscilacion. DIAFRAGMA De iris. ENFOQUE Coaxial antiderrapante macrometrico y micrometrico con ajuste de tension. ILUMINACIÓN Kholer halogenos 12V/30W con control de intensidad variable y diafragma de campo en la lampara. ALIMENTACIÓN CA 120V, 50/60 Hz. ACCESORIOS INCLUIDOS Cable trifasico. Filtros compensadores lambda de yeso, mica, cuna de cuarzo y filtro cobre polvo. Funda de plastico. Ocular cuadrulado 10X/20mm. Ocular division cruz 10X/20mm. Ocular micrometrico 10X/20mm. DIV: 0.1 mm. 2 Llaves Allen. Calibrador de platina. Instructivo en espanol.</p>
		<p style="text-align: center;">QUÍMICA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.</p> <p>VE-148P/ MICROSCOPIO PETROGRAFICO CABEZA: BINOCULAR 45° Y GIRATORIA 360°. ENFOQUE: MACRO-MICROMETRICO COAXIAL. OCULARES CAMPO AMPLIO WF10X - 18MM. REVOLVER CUADRUPLE OBJETIVOS ACROMATICOS 4X, 10X, 25X, 40X . PLATINA CIRCULAR MOVIL INTEGRAL/ MARCA VELAB</p>

UNA VEZ HECHO EL ANÁLISIS, SE DEDUCE QUE PARA EFECTOS DE LA SUBPARTIDA CUARENTA Y UNO DE LA PRESENTE LICITACIÓN EL LICITANTE CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, SA DE CV. **NO CUMPLE** CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR "LA UNIVERSIDAD", YA QUE EL MODELO OFERTADO NO CONTIENE MARCA NI ESPECIFICA SI ES 3D DE ULTRA CONTRASTE. **QUÍMICA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. NO CUMPLE** CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR "LA UNIVERSIDAD", YA QUE AUNQUE PRECISA MARCA DE LOS BIENES QUE OFRECE, EL MODELO OFERTADO NO ESPECIFICA SI ES 3D DE ULTRA CONTRASTE.

CON FUNDAMENTO EN LOS NUMERALES 11-a), k) y l) DE LA CONVOCATORIA, SUS PROPUESTAS PARA EFECTOS DE LA SUBPARTIDA CUARENTA Y UNO, HAN SIDO DESECHADAS. SE TRANSCRIBEN LOS CITADOS APARTADOS

11. DESCALIFICACIÓN DE LICITANTES.

EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES NO SE DESCALIFICARÁ A NINGUN LICITANTE, SIN EMBARGO EN EL ANÁLISIS DETALLADO DE SUS PROPUESTAS, PREVIO AL ACTO DE FALLO, SERÁ DESECHADA LA PROPUESTA DE QUIEN INCURRA EN UNA DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES:

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



- a) LA PRESENTACIÓN Y/O LA PROPUESTA SEA INCOMPLETA, SE OMITA CUALQUIER DOCUMENTO, O ALGUNO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS O QUE LOS DOCUMENTOS NO CONTENGAN LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.
- k) CUANDO EN SU PROPUESTA TÉCNICA NO DESCRIBA LAS CARACTERÍSTICAS COMPLETAS (CANTIDADES, PARTIDA Y OTROS) DE LOS BIENES QUE COTIZA, MISMOS QUE DEBERÁN SER COINCIDENTES CON EL ANEXO "A" DE LA CONVOCATORIA
- l) CUANDO NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR "LA UNIVERSIDAD".

SUB-PARTIDA	REQUERIMIENTO DE "LA UNIVERSIDAD"	NUEVA TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, SA DE CV
46	Balanzas Analítica Electronica 1000 Gr Appcrom. EB	BALANZA ELECTRONICA 2000g x 1g MOD. CL2000 MARCA OHAUS
		EQUIPAR, SA DE CV
		BALANZA ELECTRONICA CON CAPACIDAD DE 1000 G. SENSIBILIDAD 0.01 G. LINEALIDAD: +/-0.02 G. REPRODUCIBILIDAD: +/-0.01 G. TIEMPO DE ESTABILIZACION DE LECTURA: 2 S. DIMENSIONES: 28 X 19 X 26.5 CM. PESO: 5 KG. CALIBRACION: EXTERNA DIGITAL. TAMAÑO DEL PLATILLO: 138 MM DIAM. UNIDADES DE PESAJE: G, %, CT, LB, OZ, OZT, DWT, T, N, GN, T/A/R. PANTALLA LCD. TRABAJA A 100 - 240 V CON ADAPTADOR. INTERFASE: RS-232. MARCA VELAB *TIEMPO DE ENTREGA DE 45 A 60 DÍAS *GARANTÍA DE 1 AÑO SOBRE DEFECTOS DE FABRICA *EL EQUIPO INCLUYE ENTREGA, CAPACITACIÓN E INSTALACIÓN
		WORLD NET COMMERCE, S.A. DE C.V
		BALANZA ELECTRÓNICA MARCA VELAB , MODELO VE-1000; CON CAPACIDAD DE 1000 G. GARANTÍA DE 1 AÑO.

UNA VEZ HECHO EL ANÁLISIS, SE DEDUCE QUE PARA EFECTOS DE LA SUBPARTIDA CUARENTA Y SEIS DE LA PRESENTE LICITACIÓN EL LICITANTE **NUEVA TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, SA DE CV** **NO CUMPLE** CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR "LA UNIVERSIDAD", YA QUE EL MODELO OFERTADO DIFIERE EN CUANTO A CAPACIDAD CON EL REQUERIMIENTO DE "LA UNIVERSIDAD". **EQUIPAR, SA DE CV. Y WORLD NET COMMERCE, S.A. DE C.V. NO CUMPLEN** CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR "LA UNIVERSIDAD", YA QUE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO SE CONSIDERA CON CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD SIMILARES A LAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE.

CON FUNDAMENTO EN LOS NUMERALES 11-a), k) y l) DE LA CONVOCATORIA, SUS PROPUESTAS PARA EFECTOS DE LA SUBPARTIDA CUARENTA Y SEIS, HAN SIDO DESECHADAS. SE TRANSCRIBEN LOS CITADOS APARTADOS



11. DESCALIFICACIÓN DE LICITANTES.

EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES NO SE DESCALIFICARÁ A NINGUN LICITANTE, SIN EMBARGO EN EL ANÁLISIS DETALLADO DE SUS PROPUESTAS, PREVIO AL ACTO DE FALLO, SERÁ DESECHADA LA PROPUESTA DE QUIEN INCURRA EN UNA DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES:

- a) LA PRESENTACIÓN Y/O LA PROPUESTA SEA INCOMPLETA, SE OMITA CUALQUIER DOCUMENTO, O ALGUNO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS O QUE LOS DOCUMENTOS NO CONTENGAN LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.
- k) CUANDO EN SU PROPUESTA TÉCNICA NO DESCRIBA LAS CARACTERÍSTICAS COMPLETAS (CANTIDADES, PARTIDA Y OTROS) DE LOS BIENES QUE COTIZA, MISMOS QUE DEBERÁN SER COINCIDENTES CON EL ANEXO "A" DE LA CONVOCATORIA
- l) CUANDO NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR "LA UNIVERSIDAD".

SUB-PARTIDA	REQUERIMIENTO DE "LA UNIVERSIDAD"	WORLD NET COMMERCE, S.A. DE C.V.
47	Termoagitador magnético Yamato. EB	<p>TERMOAGITADOR MAGNÉTICO MARCA ECOSHEL, MODELO STIRRER-I; VELOCIDAD DE 0 – 2000 RPM, VOLUMEN MÁXIMO 1000 ML, VOLTAJE 100 – 240V. GARANTÍA DE 1 AÑO.</p> <p>EL CRISOL, SA DE CV</p> <p>PARRILLA SERIE CIMAREC Carcasa de aluminio, control digital y pantalla LED con diseño levantado protege la electrónica de derrames. Indicador luminoso que advierte si la temperatura de la superficie se encuentra arriba de 50°C. Alimentación eléctrica de 120V, 60Hz. Placa superior en cerámico. Dimensión del plato 10.8 x 10.8 cm. Marca: Thermo Scientific Modelo: HP88854100</p> <p>ASESORÍA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO</p> <p>PARRILLA DE AGITACION Y CALENTAMIENTO MODELO MBG05E OVAN Agitador magnético con calefacción universal, para todo tipo de aplicaciones, de muy fácil uso y diseño ergonómico y moderno.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Velocidad y Temperatura controlada por microprocesador. Regulables, selección entre 10 niveles diferentes. - Display de LED's con indicación de los valores seleccionados. - Teclado con pulsadores de membrana, sensibles al tacto. - Plato extraíble para poder sustituirse en caso de deterioro. <p>* Disponible en dos versiones en función de la capacidad de agitación</p> <p>ESPECIFICACIONES TECNICAS MODELO MBG05E (REF. 10000-00090) Agitación Magnética Volumen máximo de agitación 5 litros Rango de velocidad de 300 -1500 Calefacción Potencia calefacción 500W Rango de Temperatura 37 -400°C Máxima viscosidad 10 cSt</p>



	<p>Conexión a sensor Ta externo , termómetro de Contacto o Termómetro Electrónico (es opcional, no incluido en este equipo)</p> <p>Datos Generales</p> <p>Material del plato en Aleación Aluminio</p> <p>Diámetro del plato 154 mm</p> <p>Dimensiones de 210 x 260 x 130 mm</p> <p>Peso de 4 kg</p> <p>Protección IP52</p> <p>Garantía de dos años contra defectos de fabricación no aplica en las malas prácticas de laboratorio y/o variaciones de voltaje</p> <p>Tiempo de entrega de 60 a 90 días naturales</p>
--	---

UNA VEZ HECHO EL ANÁLISIS, SE DEDUCE QUE PARA EFECTOS DE LA SUBPARTIDA CUARENTA Y SIETE DE LA PRESENTE LICITACIÓN EL LICITANTE **WORLD NET COMMERCE, S.A. DE C.V., EL CRISOL, SA DE CV. Y ASESORÍA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO NO CUMPLEN** CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR "LA UNIVERSIDAD", YA QUE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO SE CONSIDERA CON CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD SIMILARES A LAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE.

CON FUNDAMENTO EN LOS NUMERALES 11-a), k) y l) DE LA CONVOCATORIA, SUS PROPUESTAS PARA EFECTOS DE LA SUBPARTIDA CUARENTA Y SIETE, HAN SIDO DESECHADAS. SE TRANSCRIBEN LOS CITADOS APARTADOS

11. DESCALIFICACIÓN DE LICITANTES.

EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES NO SE DESCALIFICARÁ A NINGUN LICITANTE, SIN EMBARGO EN EL ANÁLISIS DETALLADO DE SUS PROPUESTAS, PREVIO AL ACTO DE FALLO, SERÁ DESECHADA LA PROPUESTA DE QUIEN INCURRA EN UNA DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES:

- a) LA PRESENTACIÓN Y/O LA PROPUESTA SEA INCOMPLETA, SE OMITA CUALQUIER DOCUMENTO, O ALGUNO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS O QUE LOS DOCUMENTOS NO CONTENGAN LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.
- k) CUANDO EN SU PROPUESTA TÉCNICA NO DESCRIBA LAS CARACTERÍSTICAS COMPLETAS (CANTIDADES, PARTIDA Y OTROS) DE LOS BIENES QUE COTIZA, MISMOS QUE DEBERÁN SER COINCIDENTES CON EL ANEXO "A" DE LA CONVOCATORIA
- l) CUANDO NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR "LA UNIVERSIDAD".

SUB-PARTIDA	REQUERIMIENTO DE "LA UNIVERSIDAD"	EL CRISOL, SA DE CV
61	Termociclador Modelo C-100. Marca BioRa	Termociclador con gradiente para PCR Elementos innovadores de calefacción / refrigeración y el diseño círculo Conductor. DSP de alto rendimiento y algoritmo de control de la temperatura. Rápido calentamiento y enfriamiento tasa. Gran pantalla táctil a color de 7 pulgadas y panel para una fácil programación. Capacidad Tubo 96 x



	<p>0.2mL PCR; 8 x 12 placa de PCR o placa de 96 pocillos. Rango de temperatura del bloque 4 a 99 °C. Rango de temperatura de la tapa 50 a 110°C. Temperatura precisión 0.1 °C. Uniformidad de temperatura <0.3 °C. Rango de gradiente 1 a 42 °C. Velocidad de refrigeración 3°C por segundo. Material de bloque adaptador: Aluminio. Capacidad de programas 30 segmentos 99 del ciclo max. 16 de carpetas y 16 archivos de cada carpeta max. Alimentación eléctrica 120 V, 50/60 Hz Marca: DLabs Modelo: TC-1000G</p>
--	--

UNA VEZ HECHO EL ANÁLISIS, SE DEDUCE QUE PARA EFECTOS DE LA SUBPARTIDA SESENTA Y UNO DE LA PRESENTE LICITACIÓN, EL LICITANTE EL CRISOL, SA DE CV **NO CUMPLE** CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR "LA UNIVERSIDAD", YA QUE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO SE CONSIDERA CON CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD SIMILARES A LAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE.

CON FUNDAMENTO EN LOS NUMERALES 11-a), k) y l) DE LA CONVOCATORIA, SUS PROPUESTAS PARA EFECTOS DE LA SUBPARTIDA SESENTA Y UNO, HAN SIDO DESECHADAS. SE TRANSCRIBEN LOS CITADOS APARTADOS

11. DESCALIFICACIÓN DE LICITANTES.

EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES NO SE DESCALIFICARÁ A NINGUN LICITANTE, SIN EMBARGO EN EL ANÁLISIS DETALLADO DE SUS PROPUESTAS, PREVIO AL ACTO DE FALLO, SERÁ DESECHADA LA PROPUESTA DE QUIEN INCURRA EN UNA DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES:

- a) LA PRESENTACIÓN Y/O LA PROPUESTA SEA INCOMPLETA, SE OMITA CUALQUIER DOCUMENTO, O ALGUNO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS O QUE LOS DOCUMENTOS NO CONTENGAN LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.
- k) CUANDO EN SU PROPUESTA TÉCNICA NO DESCRIBA LAS CARACTERÍSTICAS COMPLETAS (CANTIDADES, PARTIDA Y OTROS) DE LOS BIENES QUE COTIZA, MISMO QUE DEBERÁN SER COINCIDENTES CON EL ANEXO "A" DE LA CONVOCATORIA
- l) CUANDO NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR "LA UNIVERSIDAD".

UNA VEZ REALIZADA LA REVISIÓN TÉCNICA, SE CONCLUYE QUE TODOS LOS LICITANTES A QUIENES NO SE LES HA DESECHADO LA PROPUESTA PARA LAS SUB-PARTIDAS ESPECÍFICAS ANTES SEÑALADAS, HAN CUMPLIDO CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE: VISTO, REVISADO Y EVALUADO LO ANTERIOR Y DADO QUE EN PRIMER PÁRRAFO DEL NUMERAL 7 DE LA CONVOCATORIA SE ESTABLECE QUE:

7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY, EL PROCEDIMIENTO UTILIZADO PARA LA EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES **ES EL CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO**, ES DECIR QUE SÓLO SE



ADJUDICARÁ EL CONTRATO A QUIEN CUMPLA CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR "LA UNIVERSIDAD" Y OFERTE EL PRECIO MAS CONVENIENTE.

IGUALMENTE PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA, NOS HEMOS APEGADO A LO QUE ESTABLECE EL PRIMER PÁRRAFO DEL NUMERAL 7.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA., MISMO QUE A LA LETRA DICE:

7.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA.

"LA UNIVERSIDAD" ANALIZARÁ EN FORMA COMPARATIVA CADA UNA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS DE "EL LICITANTE" QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN, PARA SELECCIONAR LA DE MENOR PRECIO, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTA SEA SOLVENTE, VIABLE Y NO EXCEDA EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA ESTE FIN POR "LA UNIVERSIDAD".

CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 7, Y 7.2 DE LA CONVOCATORIA, AL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y POR CONSIDERAR QUE LOS BIENES QUE OFERTA CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR "LA UNIVERSIDAD" Y SU OFERTA ES LA MAS BAJA Y CONVENIENTE, **ESTE COMITÉ EMITE LOS SIGUIENTES:** -----

----- **ACUERDOS DE FALLO** -----

TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE EL PRESUPUESTO CON QUE "LA UNIVERSIDAD" CUENTA, ES INSUFICIENTE PARA ADQUIRIR LA TOTALIDAD DE BIENES LICITADOS, RESULTA APLICABLE EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL NUMERAL **7.3 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN** QUE A LA LETRA DICE:

LOS LICITANTES OFERTARÁN LOS BIENES A PARTIDA COMPLETA. UNA VEZ SELECCIONADO "EL LICITANTE" A QUIEN SE ADJUDICARÁ EL CONTRATO, SE REVISARÁ SI EL PRESUPUESTO ES SUFICIENTE PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS, EN CASO DE NO RESULTAR ASI, SE HARÁ UNA SELECCIÓN DE LOS BIENES QUE SERÁN ADJUDICADOS, TOMANDO COMO BASE LOS PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS POR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA.

LO ANTERIOR FUE ACEPTADO POR LOS LICITANTES EN SU PROPUESTA ECONÓMICA.

PRIMERO:

ADJUDÍQUESE EL CONTRATO QUE CORRESPONDE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA 925059988-E6-2018 "EQUIPO E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO" A LA EMPRESA QUÍMICA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., EN UN IMPORTE DE \$59,527.72 (CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 72/100 M.N.), IVA INCLUIDO,



SEGÚN SUBPARTIDAS E IMPORTES DESCRITOS A CONTINUACIÓN:

Sub-Partida	Descripción Partida	Unidades	IMPORTE
10	CON TERMO CRIOGENICO B2020 Y DESCONGELADOR DUAL KIT INSEMINACION ARTIFICIAL	1	\$26,719.01
45	9012002121. CENTRIFUGA PARA MICROQUIMICA. VELOCIDAD MAX: 15,000 RPM. CONTROL VELOCIDAD VARIABLE, MAX RCF: 15100 XG.RANGO DE TIEMPO: 30 SEG-99 MIN. CAPACIDAD: 12. TUBOS DE 2 ML CON ADAPTADORES DE 0.2 Y 0.5 ML. MAX. CAPACIDAD: 50 ML. ISO9001:2000. 110V 13/ MARCA SCIENCE ME.	1	\$21,798.72
46	Balanzas Analitica Electronica 1000 Gr Appcrom. EB	1	\$11,009.99

\$59,527.72

SEGUNDO:

ADJUDÍQUESE EL CONTRATO QUE CORRESPONDE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA 925059988-E6-2018 "EQUIPO E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO" A LA PERSONA FÍSICA **JESÚS GUILLERMO LUJÁN VERDUZCO** EN UN IMPORTE DE \$283,626.96 (DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 96/100 M.N.), IVA INCLUIDO, SEGÚN SUBPARTIDAS E IMPORTES DESCRITOS A CONTINUACIÓN

Sub-Partida	Descripción Partida	Unidades	IMPORTE
28	Microscopio Digital Portatil USB Quasar Qm3 Zoom 1000x 2mp	3	\$3,445.20
34	Nivel automático TOPCON AT B4 24X de aumento focal.		20,114.40
35	GARMIN ECHOMAP CHIRP 54CV	2	\$17,386.08
37	Microscopio binocular 40x -2500x amscope B120c	10	\$56,016.40
38	Microscopios esteroscopicos :Microscopio Amscope B100b-ms 40x-2000x Magnification Con Luz.	8	\$44,321.28
39	Microscopios esteroscopicos :Microscopio Amscope B100b-ms 40x-2000x Magnification Con Luz.	1	\$5,540.16
66	Cámara Semiprofesional Canon Reflex EOS Rebel T5i EF-S18-55 ISSTM Kit	1	\$14,727.36
72	Estadimetro ZAUDE de pared de 200 cm con precisión de 1mm	15	\$2,244.60
87	37 SENSORES PARA ARDUINO	4	\$1,508.00
89	MICRODUROMETRO THV-1D MICROVICKERS (FIM)	1	\$118,323.48
			\$283,626.96

TERCERO:

ADJUDÍQUESE EL CONTRATO QUE CORRESPONDE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA 925059988-E6-2018 "EQUIPO E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO" A LA EMPRESA **EL CRISOL, S.A. DE C.V.** EN UN IMPORTE DE \$37,779.78 (TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS



SETENTA Y NUEVE PESOS 78/100 M.N.), IVA INCLUIDO, SEGÚN SUBPARTIDAS E IMPORTES DESCRITOS A CONTINUACIÓN

Sub-Partida	Descripción Partida	Unidades	IMPORTES
12	Microscopio binocular con cámara de 3.2MP y software, oculares WF10x/18mm, objetivos de 4x, 10x, 40x y 100x, distancia interpupilar de 48 a 75mm, platina mecánica de 130 x 130mm, diafragma de iris y portafolio, inclinación de la cabeza de 30°, angulo de rotación de 360°, condensador Abbe N.A 1.25, enfoque macro y micrometrico, iluminación LED de intensidad ajustable, requerimientos electricos de 100-240v, marca Euromex cat. BB4267 . Clave El Crisol EUROM01150, se suministra por unidad.	1	\$19,758.95
69	Cámara doble de electroforesis. Volumen del tapón 300 ml. Longitud del gel 8 a 10 cm. Anchura del gel 10 cm. Altura 5.5 pulg x Longitud 6.7 pulg x anchura 5.1 pulg. Descripción del articulo 10 x 8-10 cm. Marca: Thermo Scientific Modelo: P8DS2	1	\$18,020.83

\$37,779.78

CUARTO

ADJUDÍQUESE EL CONTRATO QUE CORRESPONDE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA 925059988-E6-2018 "EQUIPO E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO" A LA EMPRESA CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. EN UN IMPORTE DE \$336,120.90 (TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE PESOS 90/100 M.N.), IVA INCLUIDO, SEGÚN SUBPARTIDAS E IMPORTES DESCRITOS A CONTINUACIÓN

Sub-Partida	Descripción Partida	Unidades	IMPORTES
2	<p>MICROSCOPIO BINOCULAR BÁSICO Microscopio capaz de satisfacer todo tipo de técnicas básicas y avanzadas. Cumple con las características necesarias para el trabajo de rutina en laboratorios clínicos.</p> <p>Ideal para observar muestras en áreas como Histología, Biomedicina y Biotecnología.</p> <p>OCULARES WF 10X/18 mm con ajuste de dioptria en uno de los oculares.</p> <p>CABEZA Binocular tipo Siedentopf inclinada a 45° y giratoria 360° con ajuste de distancia interpupilar de 55 - 75 mm.</p> <p>REVÓLVER Cuadruple con anillo antiderrapante y tope.</p> <p>OBJETIVOS 4X, 10X, 40X (retractil) e inmersión 100X (retractil) con optica acromatica, anillo antiderrapante y anillo de color para facil identificacion.</p> <p>CUERPO Estativo, robusto y reforzado con acabado en pintura epoxica.</p> <p>PLATINA De doble placa con movimientos coaxiales X-Y, 125 x 125 mm, vernier, escala milimetrica, pinza y tope con ajuste de altura.</p> <p>CONDENSADOR Abbe, A.N. 1.25 con tornillo elevador.</p> <p>DIAFRAGMA</p>	10	\$ 175,963.18



	De iris con portafiltros. ENFOQUE Coaxial antiderrapante macrometrico y micrometrico con ajuste de tension. ILUMINACIÓN LED con control de intensidad variable. ALIMENTACIÓN CA 120V, 50/60 Hz. ACCESORIOS INCLUIDOS Cable trifasico. Aceite de inmersión. Funda de plastico. Instructivo en espanol. Filtro azul.		
6	MEDIDOR AMBIENTAL KESTREL 5000 <i>Se Ofrece MEDIDOR AMBIENTAL KESTREL 5000</i> Pantalla y procesador mejorados. Mismas mediciones ambientales confiables. Robusto, resistente al agua y fiable en las condiciones más exigentes. Clasificación IP67 MIL spec.	1	\$7,034.24
22	Kit de sensores (YSI-1004 amonio y YSI-1006 Nitratos) para equipos YSI modelo PROPLUS, <i>Se Ofrece: Sensor ISE de nitrato de la serie Pro 1006</i> número de parte 605106 Sensor de nitrato YSI 1006 para el instrumento Professional Plus. Pro Series 1004 Ammonium ISE, NH4+ Sensor YSI 1004 amonio, NH4 + sensor para el instrumento Professional Plus. número de parte 605104	1	\$14,699.52
29	PH metro digital portatil tipo pluma con termometro incluido.		2,398.88
31	Microscopio biológico VE-M6 <i>Se Ofrece Microscopio monocular biológico VE-M6</i> Microscopio recomendado para enseñanza a nivel medio superior, que también satisface las necesidades básicas de laboratorios en general. Microscopio monocular con iluminación tipo LED y revólver cuádruple (con objetivo de inmersión). Características Ocular: WF 10X - 18 mm Cabeza: Monocular inclinada a 45º y giratoria 360º Revólver: Cuádruple con anillo antiderrapante y tope. Objetivos: 4X, 10X, 40X (retráctil), Inmersión 100X (retráctil), con óptica acromática, con anillo de color de fácil identificación. Cuerpo: Estativo, robusto, reforzado con acabado en pintura epóxica. Platina: De doble placa con movimientos coaxiales X-Y, 125 x 125 mm, con vernier, escala milimétrica, pinza y tope de altura. Condensador: Abbe AN 1,25 con tornillo elevador Diafragma: De iris con portafiltro. Enfoque: Coaxial antiderrapante macrométrico y micrométrico con ajuste de tensión Iluminación: LED de control con la variable de Intensidad, Energía: CA120V,50/60Hz Accesorios:Cable trifásico Funda de Plástico Instructivo en español Estuche con 5 Preparaciones Filtro azul Kit de limpieza 10 años de garantía en sistema mecánico y óptico.	10	\$52,165.20
42	ZOI0177 BÁSCULA PESOLA 100g/1g (F93011). EB, <i>Se Ofrece BASCULA DE RESORTE PESOLA MICRO-LINE 100G X 1G</i>	1	\$1,274.84
44	Camara de electroforesis Vertical. EB, <i>Se Ofrece SISTEMA DE ELECTROFORESIS MINIGEL B2 EASYCAST</i> , 12X14CM PIEZA(S) CON 1.00 OWL Incluye: Cámara de amortiguación, tapa SuperSafe™ con cables de alimentación adjuntos, bandeja de gel transmisible UV (UVT) con empaque EasyCast, 2 peines: 12 y 20 pocillos, doble cara, 1,0 / 1,5 mm de espesor	1	\$9,210.40
67	Centrifuga Clínica Modelo Z100A Rotor C0100-A. Marca Labnet	1	\$9,114.12

44

44

Handwritten signatures and marks at the bottom left.

Handwritten signature at the bottom center.

Handwritten signature and the number 15 at the bottom right.



70	Microcentrifuga con control digital. Modelo Spectrafuge 24D. Marca LABNET, <i>Se Ofrece Microcentrifuga Labnet Spectrafuge 24D</i> Rango de velocidad: 500 rpm a 13.300 rpm RCF maximo: 16,300 xg Temporizador:1 a 30 minutos o continuo Dimensiones (W x D x H) 9.25 x 11.5 x 8.5 pulgadas / 23.5 x 29.3 x 21.6 cm. Incluye rotor de aluminio de 24 x 1.5 / 2.0 mL	1	\$28,031.40
71	Bascula digital económica IS006 Tamaño: 300 x 260 x 18mm, Batería: Pilas AAA, dos piezas, Capacidad máxima 150kg, <i>Se Ofrece BASCULA DIGITAL ECONOMICA IS006</i> * Tamaño: 300 x 260 x 18mm * Batería: Pilas AAA, dos piezas, * Capacidad máxima 150kg * División: 100g/0.2 libras	10	\$2,540.40
81	Molinete hidráulico para medir gasto en corrientes de agua superficiales de tipo universal de cazoletas , <i>Se Ofrece MEDIDOR DE FLUJO / ANEMOMETRO FLOWATCH</i>	1	\$11,627.84
84	Balanza electrónica analítica de precisión ve-210, capacidad 210 gr, rango de temperatura 15.5 a 22.5°C. <i>Se Ofrece Balanza electrónica analítica de precisión. VE-210</i> Balanza de alta precisión y calidad con tecnología avanzada de programación múltiple. Cuenta con baterías recargables. Indispensable en laboratorios de control de calidad donde se requiere gran precisión. Incluye certificado de calibración. Especificaciones; Capacidad: 210 g Sensibilidad: ± 0.0001 g (0.1 mg) Linealidad: ± 0.2 mg Repetibilidad: ± 0.0001g Tiempo de estabilización: ≤ 4 segundos Unidades de pesaje: g, ct, oz, ozt Calibración: Externa Tamaño de la plataforma: Ø 80 mm Pantalla: LCD Peso del equipo: 6.8 Kg Dimensiones: 360 x 217 x 345 mm Alimentación: 9.0V12.0A---- 1000MA Interfaz: RS232 para conexión a PC e impresora Ambiente de operación: Temperatura 15° - 25°C; Humedad 50 – 80 % Funciones adicionales: Conteo de piezas Accesorios: Adaptador de corriente e Instructivo de Operación.	1	\$22,060.88
			\$336,120.90

QUINTO

ADJUDÍQUESE EL CONTRATO QUE CORRESPONDE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA 925059988-E6-2018 "EQUIPO E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO" A LA EMPRESA NUEVA TECNOLOGÍA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V. EN UN IMPORTE DE \$195,179.00 (CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), IVA INCLUIDO, SEGÚN SUBPARTIDAS E IMPORTES DESCRITOS A CONTINUACIÓN

Sub-Partida	Descripción Partida	Unidades	IMPORTE
3	BALANZA CAPACIDAD 6000g MARCA OHAUS	1	\$5,127.00
5	BALANZA MECÁNICA TRIPLE BRAZO MARCA OHAUS	1	\$2,039.00
9	BOMBA TIPO YACUZZI MARCA MAGNUM	1	\$16,052.00
36	ESTACION TOTAL SOKKIA CX-55.	1	\$59,118.00
52	LICUADORA NINJA NJ600	2	\$5,916.00
55	ASADOR/PARRILLA EXPERT GRILL 4 QUEMADORES GAS LP	1	\$7,076.00
57	BÁSCULA OMRON DIGITAL DE VIDRIO	10	\$3,039.00
74	OSCILOSCOPIO DIGITAL DE BANDO	6	\$60,566.00



76	GENERADOR DE FUNCIONES	4	\$36,276.00
			\$195,179.00

SEXTO

ADJUDÍQUESE EL CONTRATO QUE CORRESPONDE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA 925059988-E6-2018 "EQUIPO E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO" A LA EMPRESA **WORLD NET COMMERCE, S.A. DE C.V.** EN UN IMPORTE DE \$527,690.96 (QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 96/100 M.N.), IVA INCLUIDO, SEGÚN SUBPARTIDAS E IMPORTES DESCRITOS A CONTINUACIÓN

Sub-Partida	Descripción Partida	Unidades	IMPORTES
4	HORNO ELÉCTRICO DE SECADO DE CONVECCIÓN	1	\$21,853.24
7	INCUBADORA CON AGITACIÓN PARA MICROPLACAS	1	\$37,253.40
21	BOMBA PERISTALTICA	2	\$16,214.48
23	BOMBA DE PRESIÓN-VACÍO MARCA CIVEQ	1	\$4,599.40
33	RECEPTORES GNSS SOKKIA, MODELO GRX-2	1	\$278,400.00
40	CÁMARA ORION STARSHOOT ALL-IN-ONE	1	\$9,106.00
49	AUTOCLAVE DIGITAL LUZEREN, MOD. KSL-280B	1	\$18,466.04
80	SOLDADORA INVERSORA TRUPER, MOD SOIN-120/160	1	\$5,933.40
82	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR ECOSHEL, MOD CV-1	1	\$59,856.00
86	SIST DE UPS CYBERPOWER MOD PR5000LCDRTXL5UTF	1	\$76,009.00
			\$527,690.96

SÉPTIMO

ADJUDÍQUESE EL CONTRATO QUE CORRESPONDE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA 925059988-E6-2018 "EQUIPO E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO" A LA EMPRESA **EQUIPAR, S.A. DE C.V.** EN UN IMPORTE DE \$14,138.57 (CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y O CHO PESOS 57/100 M.N.), IVA INCLUIDO, SEGÚN SUBPARTIDAS E IMPORTES DESCRITOS A CONTINUACIÓN

Sub-Partida	Descripción Partida	Unidades	IMPORTES
17	CALIBRADOR DIGITAL DE 0 A 4"	1	\$1,016.02
25	MEDIDOR DE HUMEDAD PARA GRANOS, RANGO DE HUMEDAD DE 3% A 45%.	2	\$5,558.20
47	PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO DIGITAL, TAMAÑO 7 X 7", VELOCIDAD DE AGITACIÓN DE 50 A 1500 RPM, RANGO DE TEMPERATURA DE 30 A 540°C.	1	\$7,564.35
			\$14,138.57



OCTAVO

ADJUDÍQUESE EL CONTRATO QUE CORRESPONDE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA 925059988-E6-2018 "EQUIPO E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO" A LA EMPRESA DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.; EN UN IMPORTE DE \$120,649.28 (CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N.), IVA INCLUIDO, SEGÚN SUBPARTIDAS E IMPORTES DESCRITOS A CONTINUACIÓN

Sub-Partida	Descripción Partida	Unidades	IMPORTE
41	MICROSCOPIO DE POLARIZACION BA310 POL TRINOCULAR 30º, GIRA 360º, OCULARES N-WFPL 10X/20MM, AJUSTE D DIOPTRÍAS ±5, RETÍCULA CRUZ, TUBO ANALIZADOR GIRA 360º, LENTE BERTRAND, REVÓLVER CUÁDRUPLE , OBJET.PLAN ACROM.CCIS EC4X, 10X, 40X/S, 60X/S LIBRES DE TENSIÓN, SIST.ÓPTICO CORRECCIÓN INFINITO PR OTEC.ANTIHONGOS, PLATINA CIRCULAR GIRA 360º, ESCALA 0.1º, FRENO D PLATINA. DIÁM.16CM, CONDENSADOR A.N.0.9/0.13, POLARIZADOR ROTABLE GRADUADO 360º, ILUM.KOEHLER HALÓGENA6V/30W, CONTROL D INTENSIDAD, FUENTE D PODER UNIV.100-240V , FUNDA, FILTRO AZUL, CABLE INCLUYE: 1 , COMPENSADOR LAMBDA Λ, 1 CUÑA DE CUARZO, 1 RETÍCULA CON LÍNEA EN CRUZ Y MICRÓMETRO (100 DIVISIONES EN 10MM), 1 PLACA VACÍA PARA INSERCIÓN, MARCA MOTIC MODELO BA310 POL, CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001, 13485, 14001, CE, ROHMS, CE, UL	1	\$101,887.44
58	JUEGO DE 4 MICROPIPETAS: CON RANGOS 0.5-10, 2-20, 20-200 Y 100-1000UL, INCLUYE: 1 CARRUSEL, PUNTAS RACK DE 10UL , RACK DE 200UL Y RACK DE 1000UL. MARCA LABNET CATALOGO P3942-SK4	1	\$18,761.84
			\$120,649.28

NOVENO

ADJUDÍQUESE EL CONTRATO QUE CORRESPONDE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA 925059988-E6-2018 "EQUIPO E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO" A LA EMPRESA ESPECIALISTAS COMERCIALES DEL NOROESTE DE MÉXICO, S.-A. DE C.V. EN UN IMPORTE DE \$103,286.40 (CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.), IVA INCLUIDO, SEGÚN SUBPARTIDAS E IMPORTES DESCRITOS A CONTINUACIÓN

Sub-Partida	Descripción Partida	Unidades	IMPORTE
61	TERMOCICLADOR T100 C/MODULO DE REACCION DE 96 POZOS .	1	\$103,286.40

DÉCIMO:

NOTIFÍQUESE A LOS PARTICIPANTES Y DEMAS INTERESADOS EL PRESENTE FALLO EN JUNTA PÚBLICA, QUE DEBERÁ LLEVARSE A CABO EL DÍA 19 DEL MES



EN CURSO, A LAS 09:00 HORAS, EN ESTE LUGAR, HACIÉNDOLE SABER AL LICITANTE ADJUDICADO, QUE DEBERÁ PASAR A FIRMAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE EN UN PLAZO NO MAYOR A DIEZ DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE BIENES E INVENTARIOS, UBICADAS EN ESTE MISMO DOMICILIO.

DÉCIMO PRIMERO :

HÁGASE SABER TAMBIEN AL LICITANTE ADJUDICADO, QUE CON LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO ASUME EL COMPROMISO DE PRESENTAR ANTE “**LA UNIVERSIDAD**”, DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA EN QUE TENGA CONOCIMIENTO DE LA ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE, Y PREVIAMENTE A LA FECHA PROGRAMADA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO, EL ACUSE DE RECEPCIÓN CON EL QUE SE COMPRUEBE QUE REALIZÓ LA SOLICITUD DE OPINIÓN ANTE EL SAT EN SENTIDO POSITIVO, CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO EN LA REGLA 2.1.27 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2018, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2017, Y EL OFICIO CIRCULAR NO. UNAOPSFP/309/0743/2008, DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008.

SI EL SAT EMITE UNA OPINIÓN EN SENTIDO NEGATIVO SOBRE LAS OBLIGACIONES FISCALES DEL LICITANTE ADJUDICADO, NO SE FORMALIZARÁ EL CONTRATO Y “**LA UNIVERSIDAD**” REMITIRÁ A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA LA DOCUMENTACIÓN DE LOS HECHOS PRESUMIBLEMENTE CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN POR LA FALTA DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL ADJUDICADO.

DÉCIMO SEGUNDO

HÁGASE SABER TAMBIEN A LOS LICITANTES ADJUDICADOS, QUE CON LA NOTIFICACION DEL FALLO SERÁN EXIGIBLES LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE CONTRATO PRESENTADO COMO PARTE INTEGRANTE DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS, Y QUE EN UN PLAZO NO MAYOR A DIEZ DIAS NATURALES, POSTERIORES A SU FIRMA, DEBERAN PRESENTAR LA FIANZA DE SU CUMPLIMIENTO A NOMBRE DE: “**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA**”, POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 10 % DEL VALOR DEL MISMO.

CON ESTA DECISIÓN Y POR PROBLEMAS PRESUPUESTALES, YA QUE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES SUPERARON NUESTRO TECHO FINANCIERO, SE DECLARAN DESIERTAS LAS SIGUIENTES SUBPARTIDAS:

Sub-Partida	Descripción Partida	Unidades
1	Túnel de Viento VBG-45 Descripción: Túnel de viento de circuito abierto de tipo succión	1
8	bomba sumergible de acero inoxidable IHP	1



11	Estación climatologica vantage pro2 plus inalámbrica (sol+uv) c/ abanico forzado 24 hr, con módulo de memoria(data logger) weatherlink p/vantage pro2/vantage vue, windows,USB.	1
13	BALANZA DIGITAL DE PRECISIÓN DE 600G/0.01G MARCA T-SCALE	1
14	TERMOMETRO LASER INFRARROJO SIN CONTACTO DIGITAL, ETEKCITY LASERGRIP 1080	2
15	TERMOMETRO PARA COMPOSTA Tfa	2
16	DIGITAL YOLK FAN	1
18	Espectrofotómetro marca Hatch modelo DR2800	1
19	Equipo multipárametro marca YSI modelo 85A (oxígeno, temperatura, salinidad y conductividad)	1
20	Multiparámetros marca Hanna modelo 991300 para pH y sólidos disueltos totales	1
24	Horno Esterilizador de instrumental	1
26	Registrador de temperatura ibutton DS1921G-F5# (Embedded Data Systems. Lawrenceburg, KY)	25
27	Registrador de Precipitación Automatico WX1, marca Intelliwather (Weather Shop, California)	5
30	Balanza granataria de triple brazo	1
32	Balanza granataria de triple brazo	1
43	FOI0479 CLINOMETRO BRUNTON OMNISLOPE % Y 0°- 90°(F-OMNISLOPE). EB	1
48	Moticam 10 plus 1, Cámara adaptada a microscopio para el registro de evidencias de diferentes proyectos de investigación. EB	1
50	Básculas. Tanita BC1500. Analizador corporal, metálica, que evalua peso, % de grasa y masa muscular total y segmental, con capacidad de 150 kg.	2
51	Evaporador Rotatorio Diagonal con velocidad variable y baño de agua (FCQB)	1
53	Molino Nixtamal, Chiles, Café y otros granos ½ Hp (eléctrico, capacidad máxima 25kg). UACNyG	1
54	Maniquí de enfermería femenino y masculino para sonda vesical	1
56	Báscula clínica con estadímetro adulto marca BAME de 160 kg.	1
59	Punzocat (18, 20, 22, 24 cm)	19
60	Bascula portátil de piso	10
62	Durometro de tabletas Modelo TPM-YPD-300D	1
63	Vibradores Ray Foster Modelo HD Serie 8489	1
64	Mezclador de alta velocidad Capsule Mixer CMII	1
65	Lamparas Bluephase N de Ivovlar Vivadent	1
68	Microforge, marca Narishige, modelo: MF 830, (Incluye Platinum wire heater (1/pk).	1
73	Mini Sistema de riego por goteo, localizado, para 80 plantas.	2
75	GW Instek GTP-100A Punta de prueba para osciloscopios de 100MHz	20
77	Fluke-116 Multímetro para calefacción, ventilación y aire acondicionado	7
78	NI USB-6211 Bus-Powered M Series w/ Signal E-ess LE	5



79	NI USB-621x Acc. Kit: 4 Connectors w/screws, Labels, Screwdriver	14
83	"*L-box flowability test *V-funnel flowability test *J-ring test kit with smooth rods *Mesa de extensibilidad en acero inox y cono truncado. "	1
85	GPS Garmin Etrex 30x	5
88	Arduino Mega 2560 R3	4

-----**FIN DEL DICTAMEN**-----

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, CONTRA EL PRESENTE FALLO NO PROCEDERÁ RECURSO ALGUNO; SIN EMBARGO PROCEDERÁ LA INCONFORMIDAD EN TÉRMINOS DEL TÍTULO SEXTO, CAPÍTULO PRIMERO DE ESTA LEY. -----

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA REUNIÓN A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO.-----

SE ANEXA A LA PRESENTE EL REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS FUNCIONARIOS PRESENTES EN LA REUNIÓN,

POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES

M.C. MANUEL DE JESUS LARA SALAZAR
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE
ADQUISICIONES Y OBRAS, Y SECRETARIO DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. JESÚS MANUEL ELIZALDE VALLES,
REPRESENTANTE DEL
DR. ISMAEL GARCÍA CASTRO
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y
DESARROLLO

C. NORMA ALICIA AGUILA
DIRECTORA DE CONTROL DE BIENES E
INVENTARIOS




ASESORES



M.C. SALVADOR PÉREZ MARTÍNEZ,
CONTRALOR GENERAL



DR. LÁZARO GAMBINO ESPINOSA
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS



DRA. MARTHA HERMELINDA PEÑA
CEBALLOS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS



ISC. MARÍA ANGÉLICA ÁLVAREZ FÉLIX,
DIRECTORA DE INFORMATICA

POR LOS LICITANTES:

EVERARDO JOEL HIGUERA CAMPOS,
REPRESENTANTE DE EL CRISOL, S.A. DE C.V.



LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DEL ACTO DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA 925059988-E6-2018 "EQUIPO E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO"

